

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院肛肠熏洗仪采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购肛肠熏洗仪一台，预算4.9万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院肛肠熏洗仪采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.主要用途：用于内痔、外痔、混合痔、肛周瘙痒、肛周湿疹、肛周发炎等疾病治疗，也可用于肛周术后理疗。

2.技术参数

(1) 额定电压：AC220V，频率：50Hz；

(2) 额定功率：≤2000w；

(3) 噪音：≤65db；

★(4) 具备中药熏蒸功能、温水冲洗、热风烘干、自动清洗管路、自动泵药功能等；

★(5) 采用3.9吋液晶屏进行各种参数显示，全程智能语音导航提示；

(6) 纯水具备液箱自动进水功能；

(7) 药液箱与加热器完全分离，使用循环式加热方式；

(8) 仪器可自动依序对患者进行熏疗、温水冲洗、热水吹干、等步骤；

★(9) 温度

①熏疗温度：38-50℃连续可调，误差±2℃



②冲洗温度：30-37℃连续可调，误差±2℃

③烘干温度：40-50℃连续可调，误差±2℃

★（10）治疗工作时间：0-99min 可设置；

★（11）一次性坐垫圈红外感应自动换垫，避免交叉感染。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年9月3日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封完好。

3.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

5.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

6.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货物质保期壹年。供方应于货物安装、调试完毕并最终验收合格后的15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后的30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付全部合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路 890 号）机关综合楼（F 座）307 室（采购办）

附件：肛肠熏洗仪技术参数及采购需求响应表



附件：

肛肠熏洗仪技术参数及采购需求响应表

序号	技术参数	是否响应
1	额定电压：AC220V，频率：50Hz	
2	额定功率：≤2000w	
3	噪音：≤65db	
★4	具备中药熏蒸功能、温水冲洗、热风烘干、自动清洗管路、自动泵药功能等	
★5	采用3.9吋液晶屏进行各种参数显示，全程智能语音导航提示	
6	纯水具备液箱自动进水功能	
7	药液箱与加热器完全分离，使用循环式加热方式	
8	仪器可自动依序对患者进行熏疗、温水冲洗、热水吹干、等步骤	
★9	温度	
9.1	熏疗温度：38-50℃连续可调，误差±2℃	
9.1	冲洗温度：30-37℃连续可调，误差±2℃	
9.2	烘干温度：40-50℃连续可调，误差±2℃	
★10	治疗工作时间：0-99min 可设置	
★11	一次性坐垫圈红外感应自动换垫，避免交叉感染	